

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA w KATOWICACH

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

wsse.katowice@pis.gov.pl

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

Sekretariat ŚPWIS

32 351 23 15

*Punkt Obsługi Klienta
i Monitoringu Obiektu*

32 351 23 00

*Główny Specjalista ds. Systemu
Jakości*

32 351 23 54

*Kierownik Działu Nadzoru
Sanitarnego*

32 351 23 15

Oddział Epidemiologii

32 351 23 10

*Oddział Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku*

32 351 23 24

*Oddział Higieny Komunalnej
i Środowiska*

32 351 23 04

Oddział Bezpieczeństwa Wody

32 351 23 51

*Oddział Higieny Pracy
i Nadzoru nad Środkami*

Zastępczymi

32 351 23 28

Oddział Higieny Dzieci

i Młodzieży

32 351 23 16

*Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego*

32 351 23 20

Oddział Higieny Radiacyjnej

32 351 23 27

*Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej*

32 351 23 17

Dział Laboratoryjny

32 351 23 34

Oddział Ekonomiczny

32 351 23 09

*Oddział Administracji,
Zamówień Publicznych*

i Logistyki

32 351 23 40

*Sekcja ds. Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia*

tel./fax: 32 351 23 45

Oddział Organizacji i Kadr

32 351 23 38

32 351 23 39

Kasa

32 351 23 42

fax :

32 351 23 02

32 351 23 18

Katowice dn. 26.08.2014 r.

OA.272.12.6.2014

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 134 000 EURO na: dostawę i transport drobnego sprzętu laboratoryjnego do magazynu Wojewódzkiej Stacji Sanitarно – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39; nr postępowania OA.272.12.2014

Informujemy, iż do Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Katowicach do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w postępowaniu nr OA.272.12.2014 na dostawy i transport drobnego sprzętu laboratoryjnego dopuszcza zaoferowanie produktów o następujących parametrach:

Pakiet 1a poz.1,2

RĘKAWICE WINYLOWE BEZPUDROWE TEXXOR 2213 PF

Rękawice jednorazowe, winylowe. teXXor 22123to jednorazowa, **bezpudrowa** oburęczna rękawica winylowa z syntetyku PCV 100%. Pasuje na lewą oraz prawą dłoń. Polecana dla osób uczulonych na lateks. W rękawicach winylowych można wykonywać prace polegające na czyszczeniu oraz konserwacji maszyn, pakowaniu produktów, montażu zaolejonych elementów metalowych, produkcji farb i

lakierów, smarów, produktów ropopochodnych. Doskonale również do przemysłu spożywczego, mięsnego, cateringu, garmażerki, wykazując odporność na tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Można stosować pod rękawice stalowe, dla rozbieraczy mięsa. Rękawicom winylowym teXXor 2213, jest przypisany symbol jakości AQL - 1,5

W rękawicy winylowej można pracować wyłącznie w środowisku o minimalnym zagrożeniu jak zabrudzenie, otarcie naskórka.

Pak.1a Poz.3,4,5

RĘKAWICE JEDNORAZOWE NITRYLOWE NITRILE PF SEMPERCARE

- Wykonane z kauczuku butadienowo-nitrylowego (NBR), grubość ścianki części chwytnej: 0,16 +/- 0,03 mm,
- Niesterylna, bezpudrowe, wewnątrz chlorowane poprawiające nakładanie i zdejmowanie,
- Nie zawierają protein charakterystycznych dla naturalnych wyrobów gumowych,
- Powierzchnia przeciwślizgowa, gładka, dobra chwytność,
- Elastyczne, dobrze przylegające do dłoni, bezuciskowe, nie powodują zmęczenia rąk podczas użytkowania,
- Podwyższona odporność mechaniczna i chemiczna (siła rozerwania wg EN 455-2: >9 N),
- Najwyższa jakość, hypoalergiczne (zalecane dla osób z alergią na lateks typ I i IV),
- Doskonale dla służb medycznych, zespołów podwyższonego ryzyka,
- Zabezpieczają przed dostawaniem się i działaniem mikroorganizmów oraz substancji chemicznych,
- Dobra odporność na działanie olejów, smarów, rozpuszczalników,
- Przepuszczalność dla wirusów za testem ASTM F 1671,
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością,
- Polecane w medycynie, stomatologii, laboratoriach badawczych, farmacji, szpitalach, przychodniach i klinikach, zakładach opieki, przemyśle spożywczym, gastronomii, cateringu, w przemyśle chemii gospodarczej-nieagresywnej, przy pracach mechanicznych, w warsztatach samochodowych, zakładach kosmetycznych, fryzjerskich, firmach porządkowych itp.,
- Długość min 240 mm,
- Kolor: **niebieski**,
- Rozmiary: S, M, L, XL
- KATEGORIA 3
- Norma EN420
- Norma EN455-1, 455-2, 455-3 (klasa 1)
- Norma EN374-2, 374-3
- AQL 1,5

Pakiet 1a Poz.6,7

Jednorazowe rękawice nitrylowe Touch N Tuff®. «Lekko pudrowane, czubki palców z fakturą. KAT III

Zgodne z EN 420 i EN 374. AQL 1,5. Grubość 0,12 mm. Rolowany rant. Zielone.

Zapewniają optymalną ochronę przed rozpryskami chemikaliów. Nie powodują podrażnień skóry wywołanych alergenami. 100 sztuk w pudełku dozującym.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę tylko na propozycję pierwszą dotyczącą pozycji 1 i 2 z pakietu 1a. Na propozycję drugą (poz. 3, 4, i 5 z pakietu 1a) nie - rękawiczki zaproponowane są za cienkie. Na propozycję trzecią (poz. 6 i 7 z pakietu 1a) nie - rękawiczki zaproponowane są lekko pudrowane a mają być niepudrowane.

Pytanie nr 2

dotyczy Pakietu nr 1 poz.16

Przedstawiony przez Państwa opis wskazuje na probówkę o pojemności 5 ml. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie probówek o takiej właśnie pojemności.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.