

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA w KATOWICACH

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

wsse.katowice@pis.gov.pl

<http://wssekatowice.pis.gov.pl>

Katowice, 16.08.2018 r.

OA.272.1.4.22.2018

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr OA.272.1.4.2018 o wartości szacunkowej poniżej 144 000 EURO na „Sukcesywną dostawę i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach”

Informujemy, iż do Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W związku z udzielonymi odpowiedziami nr 14, 15 oraz 16 pragniemy poinformować, iż producent końcówek Eppendorf posiada w swojej ofercie końcówki z podwójnymi filtrami z polietylenu. Dla tych pozycji konieczne zatem byłoby zastosowanie zamienników innej firmy, które z kolei nie dają gwarancji zgodności pozostałych parametrów. Jeżeli byłaby taka możliwość, uprzejmie proszę o podanie nazwy producenta/numerów katalogowych stosowanych dotychczas końcówek.

Odpowiedź nr 1

Pytanie odnośnie pakietu 10, poz. 1-4 brzmiało: Czy Zamawiający dopuszcza końcówki do pipet z polietylenu, zgodnie z opisem producenta - Eppendorf? Zamawiający nie dopuszcza końcówek wykonanych z polietylenu tylko z polipropylenu. Z polietylenu wykonane są filtry w tych końcówkach. Jest to zgodne z opisem katalogowym firmy Eppendorf. Końcówki są wykonane z polipropylenu a filtr z polietylenu. To jest ta różnica. W specyfikacji Zamawiającego widnieje opis: Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów- wymagane poświadczenie certyfikatem.

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Katowicach

lek. med. Urszula Mendera-Bożek

sekretariat SPWIS

12 351 23 15

Punkt Obsługi Klienta

Monitoring Obiektu

12 351 23 00

Główny Specjalista ds. Systemu

Jakości

12 351 23 54

Głównik Działu Nadzoru

Sanitarnego

12 351 23 15

Dział Epidemiologii

12 351 23 10

Dział Higieny Żywności,

Żywienia i Przedmiotów Użytku

12 351 23 24

Dział Higieny Komunalnej

i Środowiska

12 351 23 04

Dział Bezpieczeństwa Wody

12 351 23 51

Dział Higieny Pracy

Nadzoru nad Środkami

Wasteczynymi

12 351 23 28

Dział Higieny Dzieci

Młodzieży

12 351 23 16

Dział Zapobiegawczego

Nadzoru Sanitarnego

12 351 23 20

Dział Higieny Radiacyjnej

12 351 23 27

Dział Promocji Zdrowia

Komunikacji Społecznej

12 351 23 17

Dział Laboratoryjny

12 351 23 34

Dział Ekonomiczny

12 351 23 09

Dział Administracji,

Zamówień Publicznych

Logistyki

12 351 23 40

sekcja ds. Zamówień

Publicznych i Zaopatrzenia

el. fax: 32 351 23 45

Dział Organizacji i Kadr

12 351 23 38

12 351 23 39

Kasa

12 351 23 42

fax :

12 351 23 02

12 351 23 18