

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA w KATOWICACH

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

wsse.katowice@pis.gov.pl

<http://wssekato.wice.pis.gov.pl>

sekretariat SPWIS

12 351 23 15

Punkt Obsługi Klienta

Monitoringu Obiektu

12 351 23 00

Główny Specjalista ds. Systemu

Łakości

12 351 23 54

Kierownik Działu Nadzoru

Sanitarnego

12 351 23 15

Oddział Epidemiologii

12 351 23 10

Oddział Higieny Żywności,

Żywnienia i Przedmiotów Użytku

12 351 23 24

Oddział Higieny Komunalnej

i Środowiska

12 351 23 04

Oddział Bezpieczeństwa Wody

12 351 23 51

Oddział Higieny Pracy

Nadzoru nad Środkami

Zastępczymi

12 351 23 28

Oddział Higieny Dzieci

Młodzieży

12 351 23 16

Oddział Zapobiegawczego

Nadzoru Sanitarnego

12 351 23 20

Oddział Higieny Radiacyjnej

12 351 23 27

Oddział Promocji Zdrowia

Komunikacji Społecznej

12 351 23 17

Dział Laboratoryjny

12 351 23 34

Oddział Ekonomiczny

12 351 23 09

Oddział Administracji,

Zamówień Publicznych

Logistyki

12 351 23 40

sekcja ds. Zamówień

Publicznych i Zaopatrzenia

tel. fax: 32 351 23 45

Oddział Organizacji i Kadr

12 351 23 35

12 351 23 39

OA.272.1.5.15.2018

Katowice, dnia 27.08.2018r.

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr OA.272.1.5.2018 o wartości szacunkowej poniżej 144 000 EURO na „Sukcesywną dostawę i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłoż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych”

Informujemy, że do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Wzór umowy par. 8 ust. 1 lit d). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) - w wysokości 5 % wartości (...)" na zapis: "(...) - w wysokości 0,5 % wartości (...)".

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 2:

Wzór umowy. Prosimy o wykreślenie par. 8 ust. 1 lit e).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu.

Pytanie 3:

Pakiet 3, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuszcza bufor pH 9,21 firmy Hamilton? Wskazany rodzaj opakowania (CALPACK) wskazuje na tego producenta, natomiast nie ma on w ofercie buforu o pH 9,00. Jeśli nie, proszę o wskazanie dotychczas stosowanego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dla poz. 5 w pakiecie nr 3, wyraża zgodę na zaferowanie buforu o pH 9,21 firmy Hamilton w butelce CALPACK.

Kasa

12 351 23 42

fax :

12 351 23 02

12 351 23 18

Pytanie 4:

Pakiet 6, pozycja 12: Czy chodzi o Wankomycyna-chlorowodorek? Proszę o podanie numeru CAS.

Odpowiedź:

Zamawiający dla poz. 12 w pakiecie nr 6, informuje że chodzi o produkt „wankomycyna – chlorowodorek” o numerze CAS 1404-93-9.

Pytanie 5:

Pakiet 7, pozycja 7: Proszę o wskazanie minimalnej czystości produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający dla poz. 7 w pakiecie nr 7, informuje, że czystość produktu powinna być większa lub równa 90%.

Pytanie 6:

Pakiet 7, pozycja 9: Czy Zamawiający dopuszcza dwa opakowania po 5 g, ponieważ dany produkt nie występuje w opakowaniu 10 g?

Odpowiedź:

Zamawiający dla poz. 9 w pakiecie nr 7, wyraża zgodę na zaferowanie produktu w mniejszych opakowaniach (np.5g) pod warunkiem, że całkowita ilość produktu będzie zgodna z przedmiotem zamówienia tj. 10 g.

Pytanie 7:

Pakiet 7, pozycja 18: Czy Zamawiający dopuszcza produkt o czystości do HPLC >99,9%, zawartość wody $\leq 0,02\%$?

Odpowiedź:

Zamawiający dla poz. 18 w pakiecie nr 7, wyraża zgodę na zaferowanie produktu do HPLC o czystości > 99,9% i zawartości wody $\leq 0,02\%$.

Pytanie 8:

Pakiet 7, pozycja 20: Czy w tej pozycji chodzi o wycenę magnezu disodu wersenianu hydrat? Odczynnik dwuwodny występuje tylko jako disodu wersenian.

Odpowiedź:

W pakiecie nr 7, poz. 20, przedmiotem zamówienia jest uwodniony wersenian magnezu disodu i wyrażamy zgodę na zaferowanie tego produktu dowolnym stopniu uwodnienia, zarówno w postaci 1 hydrat, jak i 2 hydrat.

Pytanie 9:

Pakiet 8, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuszcza produkt Alfa Aesar L06989.22?

Odpowiedź:

Zamawiający dla poz. 1 w pakiecie nr 8 dopuszcza produkt Alfa Aesar L06989.22

Pytanie 10:

Pakiet 8, pozycja 4: Czy możliwa jest zamiana wielkości opakowania, ponieważ najmniejsze dostępne opakowanie produktu to 100 g? Jeśli nie, proszę o wskazanie dotychczas stosowanego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dla poz. 4 w pakiecie nr 8, informuje, że nie jest możliwa zmiana wielkości opakowania.

Pytanie 11:

Pakiet 8, pozycja 5: Czy dla tej pozycji chodzi o produkt o numerze CAS 2566-90-7? Jeśli tak, proszę o zmianę opakowania, ponieważ na rynku dostępne są tylko 10mg oraz 50 mg.

Odpowiedź:

Zamawiający dla poz. 5 w pakiecie nr 8, informuje, że chodzi o produkt o nr CAS 61012-47-3.

Pytanie 12:

Pakiet 9, pozycja 9: Proszę o wskazanie czy produkt ma być bezwodny czy hydrat.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pakiet nr 9 został unieważniony. Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 9 została zamieszczona stronie BIP Zamawiającego w dniu 24.08.2018r. pod adresem: www.bip.wsse.katowice.pl.

Pytanie 13:

Pakiet 9, pozycja 21: Proszę o wskazanie minimalnej czystości produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pakiet nr 9 został unieważniony. Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 9 została zamieszczona stronie BIP Zamawiającego w dniu 24.08.2018r. pod adresem: www.bip.wsse.katowice.pl.

Pytanie 14:

Co zrobić w przypadku gdy producent danego odczynnika nie posiada numerów katalogowych swoich produktów?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku gdy producent nie posiada numerów katalogowych, w ofercie należy wpisać producenta oraz dostarczyć z ofertą dokument ze specyfikacją pozwalającą ocenić spełnienie wymagań SIWZ.

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wprowadza do SIWZ następujące modyfikacje:

W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- w CZĘŚCI 3 - Określenie przedmiotu zamówienia; w punkcie 12.13 jest: „Nie otwierać przed 04.09.2018r. godz.10.30”; powinno być: **„Nie otwierać przed 07.09.2018r. godz.10.30”**
- w CZĘŚCI 3 - Określenie przedmiotu zamówienia; w punkcie 12.15 jest: „Nie otwierać przed 04.09.2018r. godz.10.30”; powinno być: **„Nie otwierać przed 07.09.2018r. godz.10.30”**

- w CZĘŚCI 3 - Określenie przedmiotu zamówienia; w punkcie 12.16 jest: „Nie otwierać przed 04.09.2018r. godz.10.30”; powinno być: „**Nie otwierać przed 07.09.2018r. godz.10.30**”

- w CZĘŚCI 3 - Określenie przedmiotu zamówienia; w punkcie 13.1b jest: termin składania ofert: „do dnia 04/09/2018r.. do godz.10.00”; powinno być: „**do dnia 07/09/2018r., do godz.10.00**”


- w CZĘŚCI 3 - Określenie przedmiotu zamówienia; w punkcie 13.2b jest: termin otwarcia ofert: „w dniu 04/09/2018r., do godz.10.30”; powinno być: „**w dniu 07/09/2018r., o godz.10.30**”

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE NA PODSTAWIE TEGO PISMA DOKONUJE MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA NR 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który udostępniamy na stronie www.bip.wsse.katowice.pl. – dotyczy pakietu nr 3 poz. 5, pakietu nr 7 poz.7,18 i 20.

Prosimy o załączenie aktualnej wersji z dnia 27.08.2018r. załącznika 4 do oferty, uwzględniającej również zmiany po modyfikacji z dnia 24.08.2018r. w zakresie pakietu nr 9 (unieważnienie) oraz pakietu nr 12 poz.1 (unieważnienie).

Zważywszy, iż uwzględnienie modyfikacji specyfikacji w treści przygotowywanych przez Państwa ofert wymaga dodatkowego nakładu pracy, dotychczasowy termin składania ofert zostaje zmieniony z 04.09.2018 r. do godz. 10.00 na 07.09.2018r. do godz. 10 00.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach

lek. med. Urszula Mendera-Bożek