

Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach

Lp.	Nazwa pełna	Nr inwentarzowy	Wartość początkowa	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego
1.	Cieplarka CWE -2a Nr 196/84 rok 1984(SP/S/K/049/23/ChZZ)	T-114/802/84	2 421,70 zł	300,00 zł	Zużyta, niesprawna, przestarzała, wyeksploatowana, nie spełnia aktualnych wymogów laboratoryjnych.
2.	Cieplarka Incubig 228 I S nr 0334997 rok 1998(SP/S/K/049/11/ChZZ)	T-125/802/99	2 897,50 zł	300,00 zł	Zużyta, niesprawna, wyeksploatowana, przestarzała, nie utrzymuje temperatury pomimo wymiany termostatu.
3.	Mikroskop Studar-M1 Binokularowy nr 3216 rok 2000 (SP/K/016/01/ŻM)	T-143/802/00	4 965,40 zł	300,00 zł	Zbędny. Wyłączony z użytkowania, nie spełnia wymogów norm w laboratorium.
4.	Szafa termostatyczna - cieplarka C-211 nr 2310003454 rok 2003 (SP/S/K/049/13/ChZZ)	T-240/802/05	4 575,00 zł	250,00 zł	Zużyta, niesprawna, wyeksploatowana, uszkodzona, nie utrzymuje temperatury, mocno wyczuwalny zapach spalenizny.
5.	Krzesło stacjonarne czarne	P-2005/123	108,58 zł	10,00 zł	Zużyte, wysiedziana gabka, przetarta tapicerka.
6.	Krzesło stacjonarne czarne	P-2005/125	108,58 zł	10,00 zł	Zużyte, wysiedziana gabka, przetarta tapicerka.
7.	Szafa aktowa zamknięta	P-2006/160	300,12 zł	10,00 zł	Zużyta, uszkodzone zawiasy.
8.	Krzesło stacjonarne-czarne	P-2000/56	269,43 zł	10,00 zł	Zużyte, wysiedziana gabka, przetarta tapicerka.
9.	Krzesło stacjonarne-czarne	P-2000/58	269,43 zł	10,00 zł	Zużyte, wysiedziana gabka, przetarta tapicerka.
10.	Krzesło obrotowe niebieskie	P-2003/495	157,00 zł	10,00 zł	Uszkodzony teleskop, wysiedziane siedzisko.
11.	Krzesło stacjonarne PR-00	P-2002/78	140,30 zł	10,00 zł	Zużyte, wysiedziane siedzisko, przetarta tapicerka.
12.	Krzesło stacjonarne Domino	P-1995/47	94,84 zł	10,00 zł	Zużyte, uszkodzona tapicerka, wysiedziane siedzisko.
13.	Aparat telefoniczny fax Panasonic KX FL613/507158	P-2014/204	1 250,84 zł	50,00 zł	Zużyty, niesprawny, nie podaje papieru.
14.	Telefon fax Panasonic KX FL613/507158	P-2014/205	1 250,84 zł	50,00 zł	Zużyty, niesprawny, nie podaje papieru. Naprawa nieopłacalna.


15.	Drukarka HP LJ 1018 z kablem USB	P-2008/7	347,00 zł	20,00 zł	Wyeksploatowana, nie drukuje.
16.	Mikroskop Biolar nr fab.27923 rok prod 1997 (SP/K/016/02/ŻM)	P-1998/182	1 852,10 zł	250,00 zł	Wyłączony z użytkowania, nie spełnia wymogów norm w laboratorium.
17.	Aparat telefoniczny bezprzewodowy Panasonic KX-TG1 100 PDS/T	P-2006/59	122,00 zł	10,00 zł	Zużyty. Uszkodzona słuchawka i baza.
18.	Zestaw aspiratorów SKC 224(5 sztuk)LO-1070,1079,1080,1082,1085,(SP/S/K/020/59-63/PC)	T-76/802/97	16 434,10 zł	615,00 zł	Znacznie zużyte, naprawa nieopłacalna. Urządzenia nie spełniają obecnych wymagań.
19.	Aspirator indywidualny do pobierania próbek powietrza SIDEKICK, model 224-52TX, nr fab.03512057	T-7/802/10	3 505,44 zł	123,00 zł	Znacznie zużyte, naprawa nieopłacalna. Urządzenia nie spełniają obecnych wymagań..
20.	Aspirator AP-2 z ładowarką, nr fab.61/06	P-2006/36	915,00 zł	123,00 zł	Znacznie zużyte, naprawa nieopłacalna. Urządzenia nie spełniają obecnych wymagań.a.
21.	Aspirator AP-2 z ładowarką, nr fab.60/06	P-2006/37	915,00 zł	123,00 zł	Znacznie zużyte, naprawa nieopłacalna. Urządzenia nie spełniają obecnych wymagań.
22.	Aspirator AP-2 z ładowarką, nr fab.256/92	P-1992/88	568,00 zł	123,00 zł	Znacznie zużyte, naprawa nieopłacalna. Urządzenia nie spełniają obecnych wymagań.
23.	Aspirator AP-2 z ładowarką, nr fab.203/96	P-1996/84	1 157,83 zł	123,00 zł	Znacznie zużyte, naprawa nieopłacalna. Urządzenia nie spełniają obecnych wymagań.
24.	Aspirator AP-2 z ładowarką, nr fab.205/96	P-1996/86	1 157,83 zł	123,00 zł	Znacznie zużyte, naprawa nieopłacalna. Urządzenia nie spełniają obecnych wymagań.
25.	Aspirator AP-2 z ładowarką, nr fab.208/96	P-1996/87	1 157,83 zł	123,00 zł	Znacznie zużyte, naprawa nieopłacalna. Urządzenia nie spełniają obecnych wymagań.
26.	Aspirator AP-2 z ładowarką, nr fab.2/04	P-1992/98	568,00 zł	123,00 zł	Znacznie zużyte, naprawa nieopłacalna. Urządzenia nie spełniają obecnych wymagań.
27.	Kalibrator akustyczny typ 4231 nr fab. 1780579/1994	P-1994/29	2 137,00 zł	50,00 zł	Zużyty, uszkodzony.

28.	Inkubator BE-300 (cieplarka) nr 398.0073/1998 rok produkcji 1998 (SP/S/K/049/08/ŻM)	T-83/802/98	4 156,54 zł	250,00 zł	Zużyta,wyeksploatowana,nie utrzymuje temperatury po załadowaniu urządzenia.
29.	Cieplarka Prebatem Nr 353640/99 rok produkcji 1999 (SP/S/K/049/05/ŻM)	T-115/802/99	1 579,90 zł	150,00 zł	Zużyta,wyeksploatowana,nie utrzymuje temperatury po załadowaniu urządzenia.
30.	Cieplarka mikrobiologiczna INCUBAT Nr 321386/97 rok produkcji 1997(SP/S/K/049/06/ŻM)	T-118/802/97	4 571,34 zł	250,00 zł	Zużyta,wyeksploatowana,nie utrzymuje temperatury po załadowaniu urządzenia. .
31.	Dygestorium WCS-2 rok produkcji 1998	T-134/802/98	8 540,00 zł	200,00 zł	Zdemontowane.Uszkodzone, nieuszczelnienie komory roboczej, wydobywanie się szkodliwych oparów poza dygestorium. Brak zabezpieczenia okna ruchomego przed niekontrolowanym spadkiem szyby , silnie skorodowane linki okna ruchomego otuliny ochronnej przeciwchemicznej,skorodowane zaczepty linek,zatarte rolki prowadzące linki okna ruchomego.Elementy konstrukcyjne nie zapewniają stabilności urządzenia pod obciążeniem.
32.	Steryliizator parowy ASVE 80 I Nr fabr 2558 rok prod 1999(SP/S/K/054/02/PPP) NR rej. N21 09 002390 Urzędu Dozoru Technicznego	T-138/802/99	24 131,60 zł	1 000,00 zł	Autoklaw wyeksploatowany, zużyty.Uszkodzona część sterująca, która czuwa nad procesem sterylizacji.
33.	Analizator MINI-VIDAS z oprogramowaniem i komputerem nr 5416 rok 2004(SP/K/148/01/ŻM)	T-226/802/04	109 985,66 zł	500,00 zł	Zbędny, brak wsparcia technicznego przez producenta.
34.	Szafa lekarska oszklona	P-1964/4	0,17 zł	200,00 zł	Zużyta, brak szyb, uszkodzony zamek.
35.	Urządzenie do uzdat. wody-Demineralizator kolumnowy ze złożem jonowym FL.2.1-150 rok2000(SP/S/K/037/01-02/KW)	T-147/802/00	4 069,92 zł	100,00 zł	Urządzenie wyeksploatowane.
36.	Wytrząsarka typ 358 S nr fab. 634 rok produkcji 2000 (SP/K/076/01/SC)	T-149/802/00	3 647,80 zł	200,00 zł	Wyeksploatowana, mało wydajna , nie spełnia swojej funkcji w laboratorium.
37.	Łaźnia wodna PBX 30 nr fab.30105365(SP/S/K/040/01/KB)	T-163/802/02	5 368,00 zł	150,00 zł	Wyeksploatowana, zużyta, uszkodzona.

38.	Dygestorium typ DY CL 1200	T-270/802/05	7 862,90 zł	350,00 zł	Uszkodzone, nieuszczelnienie komory roboczej, wydobywanie się szkodliwych oparów poza dygestorium. Brak zabezpieczenia okna ruchomego przed niekontrolowanym spadkiem szyby, silnie skorodowane linki okna ruchomego otuliny ochronnej przeciwchemicznej, skorodowane zaczepy linek, zatarte rolki prowadzące linki okna ruchomego. Elementy konstrukcyjne nie zapewniają stabilności urządzenia pod obciążeniem.
39.	Wirówka z chłodzeniem MPW 350 RS Nr fab.10350RS073206(SP/K/093/02/SC)	T-295/802/06	16 140,65 zł	300,00 zł	Uszkodzona, częste i liczne awarie. Brak wsparcia technicznego oraz części zamiennych Producent zapewnia dostęp do części 10 lat od zakupu.
40.	Drukarka HP LJ 3390 MFP AU sn:CNMJP59284 (urządzenie wielofunkcyjne)	P-2007/30	2 566,88 zł	50,00 zł	Urządzenie wyeksploatowane, uszkodzony podajnik papieru.
41.	Drukarka HP LJ M 1120 sn: CNE889RHMF	P-2008/187	715,00 zł	100,00 zł	Zużyta, nie drukuje. Brak sterowników do nowych systemów operacyjnych.
42.	Drukarka HP LJ 1220/1200	P-2003/73	2 037,40 zł	40,00 zł	Zużyta, nie drukuje.
43.	Drukarka Epson LX 100	P-1992/2	495,00 zł	100,00 zł	Zużyta, nie drukuje. Brak sterowników do nowych systemów operacyjnych.
44.	Krzesełko Perfect obrotowe	P-2009/86	201,30 zł	10,00 zł	Uszkodzona tapicerka, wysiedziane siedzisko.
45.	Krzesełko obrotowe Arkadia 10G P15PP	P-2009/54	732,00 zł	20,00 zł	Przetarta tapicerka, wysiedziane siedzisko.
46.	Stół laboratoryjny(5-szuflad)	P-1980/14	1,95 zł	20,00 zł	Zużyty, skorodowany, uszkodzone szuflady i blat.
47.	Stół laboratoryjny(5-szuflad)	P-1980/15	1,10 zł	20,00 zł	Zużyty, skorodowany, uszkodzone szuflady i blat.
48.	Krzesełko obrotowe niebieskie	P-2003/502	157,00 zł	10,00 zł	Uszkodzony teleskop, wysiedziane siedzisko.
49.	Krzesełko obrotowe niebieskie	P-2003/511	157,00 zł	10,00 zł	Uszkodzony teleskop, wysiedziane siedzisko.
50.	Krzesełko obrotowe (niebieskie)	P-2008/114	213,50 zł	10,00 zł	Wytarta tapicerka, wysiedziana gąbka siedziska.
51.	Stół podręczny zabiegowy	P-1995/17	166,00 zł	50,00 zł	Zużyty, skorodowany.

52.	Stół laboratoryjny	P-1978/3	0,37 zł	20,00 zł	Zużyty i poniszczony blat, skorodowany stelaż.
53.	Stół laboratoryjny	P-1978/4	0,37 zł	20,00 zł	Zużyty i poniszczony blat, skorodowany stelaż.
54.	Stół laboratoryjny	P-1978/5	0,43 zł	20,00 zł	Zużyty i poniszczony blat, skorodowany stelaż.
55.	Stół laboratoryjny	P-1984/2	0,51 zł	20,00 zł	Zużyty i poniszczony blat, skorodowany stelaż.
56.	Stół laboratoryjny	P-1984/3	0,51 zł	20,00 zł	Zużyty i poniszczony blat, skorodowany stelaż.
57.	Stół laboratoryjny mały	P-1989/3	5,30 zł	15,00 zł	Zużyty, uszkodzony blat.
58.	Szafa lekarska oszklona	P-1960/12	0,15 zł	200,00 zł	Zużyta, brak szyb. Uszkodzony zamek.
59.	Szafa laboratoryjna oszklona-lekarska	P-1978/21	0,17 zł	200,00 zł	Zużyta, brak szyb. Uszkodzony zamek.
60.	Szafa laboratoryjna metalowa 2-drzwiowa	P-2002/145	730,00 zł	100,00 zł	Zużyta, zbędna.
61.	Szafa lekarska oszklona	P-1965/6	0,20 zł	200,00 zł	Zużyta, uszkodzony zamek.
62.	Łaźnia wodna MLL 147 2-stanowiskowa rok 2000 (SP/K/040/01/SC)	P-2000/196	1 227,32 zł	220,00 zł	Brak najmniejszej obręczy , nie utrzymuje temperatury .
63.	Krzesło obrotowe zmywalne	P-1991/18	110,00 zł	10,00 zł	Zużyte, uszkodzoney teleskop.
64.	Stół laboratoryjny	P-1998/60	796,00 zł	30,00 zł	Zużyty, uszkodzony blat..
65.	Reduktor FC 2000-01-00 nr fab.3-N-200 (SP/K/088/03/SC)	P-2000/204	1 223,00 zł	120,00 zł	Zbędny, brak legalizacji.
66.	Reduktor RPT 99111 rok 1998 (SP/K/088/02/SA)	P-1998/192	747,00 zł	90,00 zł	Zbędny, brak legalizacji.
67.	Reduktor RPT S-7 nr 07.96 rok 1996 (SP/K/088/01/SA)	P-1996/144	547,00 zł	90,00 zł	Zbędny, brak legalizacji.
68.	Reduktor ABO/H/S/S3M.15AG rok 1980 (SP/K/088/03/SA)	P-1980/17	2,20 zł	40,00 zł	Zbędny, brak legalizacji.
69.	Krzesło stacjonarne ISO czarne (zmywalne)	P-2010/63	146,40 zł	10,00 zł	Uszkodzona tapicerka, wysiedziane siedzisko.
70.	Krzesło stacjonarne ISO chrom C-6 niebieskie	P-2012/86	104,55 zł	10,00 zł	Przetarta tapicerka, wysiedziane siedzisko.
71.	Krzesło obrotowe BRAVO GTP czarne	P-2013/26	202,95 zł	10,00 zł	Uszkodzona tapicerka, wysiedziane siedzisko.
72.	Krzesło obrotowe BRAVO GTP czarne	P-2013/27	202,95 zł	10,00 zł	Uszkodzona tapicerka, wysiedziane siedzisko.
73.	Krzesło obrotowe niebieskie	P-2005/139	158,60 zł	10,00 zł	Zużyte, poniszczona tapicerka.
74.	Krzesło obrotowe niebieskie	P-2005/140	158,60 zł	10,00 zł	Zużyte, poniszczona tapicerka, złamane oparcie.

75.	Kontener (5 szufladowy)	P-1998/93	473,28 zł	40,00 zł	Uszkodzone prowadnice szuflad, zdeformowane szuflady.
76.	Chłodziarka Polar CZN 236A rok prod.2003 nr 3390088022	P-2003/732	1 118,99 zł	80,00 zł	Uszkodzona, nieuszczelna instalacja chłodnicza.
77.	Komora cieplna KC 130N (cieplarka) nr fab.21/99 rok 1999(SP/K/117/01/SA)	P-1999/81	3 470,20 zł	150,00 zł	Zużyta, wyeksploatowana, skorodowane ścianki, nie utrzymuje temperatury.
78.	Wentylator dachowy WDC-25/400/1400 numer fabryczny 590/11	P-2011/46	1 536,89 zł	400,00 zł	Uszkodzony silnik.
79.	Drukarka HP LJ 1010 sn: CNFJ384543	P-2005/33	620,00 zł	50,00 zł	Zużyta.Brak sterowników do nowych systemów operacyjnych.
80.	Wentylator WDC/W-25/3/1400/K nr. fabr. 657/10	P-2010/116	1 921,50 zł	100,00 zł	Zużyty, uszkodzony.Zdeformowana obudowa,zatarty silnik.
81.	Zasilacz UPS 500 VA nr 95030189700212	P-2007/52	313,20 zł	40,00 zł	Uszkodzona elektronika.
82.	Spektrometr Varian AA 250 Plus EL 9801-3163 rok 1994	T-39/802/94	185 956,51 zł	700,00 zł	Uszkodzona płyta główna i twardy dysk komputera wbudowanego w aparat. Przeszły system operacyjny Win 95. Zakończona produkcja spektrometru przez producenta.
83.	Spektrometr SP 9 600 sn: 320745/1980	T-30/802/80	27 215,18 zł	100,00 zł	Model z lat 90-tych.Brak wsparcia technicznego przez producenta. Uszkodzona płyta elektroniczna.

Dyrektor
 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Katowicach

 lek. med. Grzegorz Hudzik