

Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

Lp.	Nazwa składnika	Nr inwentarzowy	Wartość rynkowa brutto zł	Opis stanu technicznego
1.	Spektrofotometr Cary 50 UV-VIS Nr 99063520 rok prod 1999(PP/W/S/K/001/01/PC)+ UPS	T-31/802/99	500,00	Zużyty, przestarzały, uszkodzony, brak wsparcia technicznego producenta.
2.	Szafa termostatyczna typ Q-cell 270 nr fab. 2580307(SP/S/K/108/04/KB)	T-318/802/07	100,00	Zużyta, uszkodzona, nie utrzymuje temperatury.
3.	Mętnościomierz TURB 550 IRnr 302017 rok 2003(PP/S/K/131/01/KW)	T-167/802/03	100,00	Zużyty, uszkodzona elektronika.
4.	Przyrząd do pomiaru BZT 5 nr 04050005 rok 2004(PP/S/K/113/01/KW)+komoraSTK-2(SP/S/K/049/02/KW)	T-205/802/04	250,00	Zużyty, uszkodzony układ chłodniczy oraz sterownika.
5.	Mętnościomierz 2100 AN nr 040200000238 /2004(PP/S/K/131/02/KW)	T-208/802/04	100,00	Zużyty, uszkodzona elektronika.
6.	System oczyszczania wody Human Power II + RO& UPnr HM2040514-7 rok 2004(SP/K/144/01/KW)	T-221/802/04	300,00	Zużyty, przestarzały, wyeksploatowany, uszkodzony elektrozawór płukania i blokowania.
7.	Drukarka Etykiet ARGOX A-200 sn:60721103	P-2007/35	150,00	Zużyta, przestarzała, wyeksploatowana, brak sterowników.
8.	Łaźnia wodna MLL 147 nr fab.0200708 rok 2002(SP/K/040/05/KW)	P-2002/133	200,00	Zużyta, przestarzała, uszkodzona grzałka.
9.	Płyta grzejna PG 1 g ceramiczna nr fab.08/2006(SP/045/01/HR)	P-2006/13	80,00	Zużyta, przestarzała, nie utrzymuje temperatury.
10.	Aparat do spalań 4-miejscowy (płaszcze grzejne)(SP/K/046/11/ŻC)	P-2006/28	100,00	Zużyty, uszkodzone grzałki.

11.	Aparat telefoniczny TIPTEL-292	P-2006/53	20,00	Zużyty, przestarzały wycofany z eksploatacji.
12.	Konsola SILCAN HTP-0070 do centrali telefonicznej z aparatem telef. stacjonarnym	P-2004/175	100,00	Zużyta, przestarzała, wycofana z eksploatacji.
13.	Komputer Pentium 166 MHz Ram 32 MB(Windows 98 OEM),monitor, klawiatura, myszka(SP/S/K/060/02/1-4/PC)	T-34/491/96	200,00	Zużyty, przestarzały, brak dysku, wycofany z użytkowania.
14.	Kalkulator Citizen CX-123	P-1996/1	5,00	Zużyty, nie działa, uszkodzone przyciski.
15.	Tester bankowy TOPSCAN MFN	P-2003/709	10,00	Zużyty, brak kabla zasilającego.
16.	Żelazko Braun	P-2000/134	10,00	Zużyte, przestarzałe, cieknie, nie utrzymuje temperatury, uszkodzony kabel.
17.	Odkurzacz Philips Mobilo plus	P-2003/713	15,00	Zużyty, uszkodzony-spalony wirnik.
18.	Pralka Amica	P-2002/131	15,00	Zużyta, uszkodzony programator i pompa.
19.	Kuchenka mikrofalowa typ Y85(SP/K/044/01/ŻC)	P-1999/60	20,00	Zużyta, przestarzała, nie działa.
20.	Suszarka SML 32/250 nr fab.143 rok 1999(SP/S/K/051/04/KW)	P-1999/66	150,00	Zużyta, przestarzała, nie utrzymuje temperatury.
21.	Waga AM 500 nr fab.1852 rok 1998(PP/W/S/K/006/01/KW)	P-1998/146	80,00	Zużyta, przestarzała, brak części.
22.	Wirówka MPW 340 nr fab.7139 rok 1991(SP/K/093/01/KW)	P-1992/75	200,00	Zużyta, przestarzała, uszkodzony wyłącznik.
23.	Aspirator AP-2 z ładowarką nr fab.198/92(SP/S/K/020/18/PC)	P-1992/83	30,00	Zużyty, przestarzały, uszkodzony, brak wsparcia technicznego producenta.
24.	Aspirator AP-2 z ładowarką nr fab.2541/90(SP/S/K/020/32/PC)	P-1992/90	30,00	Zużyty, przestarzały, uszkodzony, brak wsparcia technicznego producenta.

25.	Aspirator AP-2 z ładowarką nr fab.2540/90(SP/S/K/020/34/PC)	P-1992/91	30,00	Zużyty, przestarzały, uszkodzony, brak wsparcia technicznego producenta.
26.	Konduktometr CC-551 nr fab.013/96 rok prod.1996(PP/W/S/K/112/02/KW)	P-1996/139	50,00	Zużyty, uszkodzona elektronika.
27.	Miernik wielofunkcyjny do Ph Mikrokomputer CX-551 nr fab.005/96(PP/W/S/K/004/02/KW)	P-1996/140	100,00	Zużyty, uszkodzona elektronika.
28.	Aspirator AG-1 (PP/S/K/020/03/PC)	P-1988/52	30,00	Zużyty, przestarzały, uszkodzony, brak wsparcia technicznego producenta.
29.	Aspirator AG-1 (PP/S/K/020/04/PC)	P-1988/53	30,00	Zużyty, przestarzały, uszkodzony, brak wsparcia technicznego producenta.
30.	Aspirator AG-1 (PP/S/K/020/06/PC)	P-1988/55	30,00	Zużyty, przestarzały, uszkodzony, brak wsparcia technicznego producenta.
31.	Aspirator AG-1 (PP/S/K/020/07/PC)	P-1988/56	30,00	Zużyty, przestarzały, uszkodzony, brak wsparcia technicznego producenta.
32.	Aspirator AP-2 z ładowarką nr fab.2538/90 (SP/S/K/020/09/PC)	P-1990/19	30,00	Zużyty, przestarzały, uszkodzony, brak wsparcia technicznego producenta.
33.	Aspirator AP-2 z ładowarką nr fab.3449/91(SP/S/K/020/14/PC)	P-1991/9	30,00	Zużyty, przestarzały, uszkodzony, brak wsparcia technicznego producenta.
34.	Aspirator AP-2 z ładowarką nr fab.16/99(SP/S/K/020/47/PC)	P-1999/82	30,00	Zużyty, przestarzały, uszkodzony, brak wsparcia technicznego producenta.
35.	Aparat telefoniczny Siemens CX470 ISDN bezprzewodowy	P-2008/166	10,00	Zużyty, przestarzały wycofany z eksploatacji.

36.	Telefon bezprzewodowy Panasonic KX-TG2512PD (2 słuchawki sn: 2GBQA019270+ baza sn:2GBQB019270,ładowarka sn:2GBQA	P-2012/92	15,00	Zużyty, uszkodzone przyciski klawiatury oraz głośnik w słuchawce.
37.	Klimatyzator FUJITSU ASY- 9RSJCW nr E029690 z nawilżaczem Boneco 7136	T-6/653/03	50,00	Zużyta klimatyzacja, uszkodzony czynnik chłodniczy R22, nawilżacz wyeksploatowany.
38.	Spektrometr ICP-MS rok produkcji 2005 (autosampler ,pompa, zestaw komputerowy Dell, drukarka HP LJ 1020, cooler)	T-9/802/16	150,00	Zużyty nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
39.	Maszynka elektryczna do mięsa Mulinex typ ME 62513E sn:2643150	P-2013/28	30,00	Zużyta, uszkodzony silnik i nóż tnący.
40.	Niszczarka REXEL PROSTYLE /190817c	P-2014/203	30,00	Zużyta, uszkodzona nie pobiera kartek.
41.	Zamrażarka Z-200 nr fab.01357, rok prod.2004. Producent P.P.H.JUKA(SP/S/K/062/02/ŻC)	P-2005/19	250,00	Zużyta, przestarzała, nie utrzymuje temperatury.
42.	Chłodziarka Polar CP201	P-1999/62	20,00	Zużyta, przestarzała, uszkodzona obudowa instalacji chłodniczej.
43.	Chłodziarka Polar	P-1998/141	20,00	Zużyta, przestarzała, uszkodzona obudowa instalacji chłodniczej.
44.	Chłodziarka ARDO FDP-24, rok prod.1995.Producent ARDO(SP/S/K/105/01/SG)	P-1995/46	30,00	Zużyta, przestarzała nie utrzymuje temperatury.
45.	Chłodziarka Polar CZ 300 nr fab.173765, rok prod.1999.Producent POLAR(SP/S/K/105/02/SC)	P-1999/77	20,00	Zużyta, przestarzała, nie utrzymuje temperatury.
46.	Lodówka Polar CZW 255 nr 0410021226, rok prod.2000.Producent POLAR(SP/S/K/105/02/ŻM)	P-2000/199	40,00	Zużyta, przestarzała, nie utrzymuje temperatury.
47.	Lodówka BEKO CSA 24022 nr fab.854350 , rok prod.2008.Producent BEKO(SP/S/K/105/04/SG)	P-2008/158	20,00	Zużyta, przestarzała, nie utrzymuje temperatury.
48.	Chłodziarka SNAIGE 15E nr fab.291580/1997(SP/S/105/03/HR)	P-1997/49	20,00	Zużyta, przestarzała, uszkodzona instalacja chłodnicza.

49.	Zamrażarka niskotemperaturowa VTS258 z szafką z systemem UPS, rok prod.2014.Producent VESTFROST DENMARK	T-3/808/14	1 000,00	Zużyta, wyeksploatowana, uszkodzona uszczelka w drzwiach, nie utrzymuje temperatur. Nie działa system UPS.
50.	Kasa Fiskalna ELZAB MINI E 3K grafit sn: 001240-03096	P-2017/193	150,00	Zużyta, wyczerpana pamięć.
51.	Kasa fiskalna ELZAB MINI sn:013628-00461	P-2013/1	150,00	Zużyta, wyczerpana pamięć.
52.	Niszczarka PS70	P-2006/69	30,00	Zużyta, uszkodzone noże tnące, separatory, tuleja oraz sterowanie.
53.	Aparat Kocha nr 542/96	P-1996/72	150,00	Wyeksploatowany, zużyty, uszkodzony.
54.	Suszarka sterylizator laboratoryjny TERMAKS nr fab. 7-616, rok produkcji 2006	T-316/802/07	300,00	Wyeksploatowany, zużyty, uszkodzony.
55.	Suszarka na suche i gorące powietrze TERMAKS TS 8430 nr fab.4-409 rok produkcji 2004	T-230/802/04	800,00	Zbędny
56.	Stół chłodniczy trzydrzwiowy model 842039, sn; 6171629, rok produkcji 2016	P-2016/122	500,00	Wyeksploatowany, zużyty, uszkodzony.
57.	Steryliizator parowy ASVE nr fabryczny 1316/90, rok produkcji 1990.	T-123/802/91	900,00	Zbędny
58.	Szafa chłodnicza S-711 nr 22323 rok produkcji 2003 Bolarus	P-2003/729	300,00	Wyeksploatowana, zużyta, uszkodzona.
59.	Szafa chłodnicza S-711 nr 22321 rok produkcji 2003 Bolarus	P-2003/728	300,00	Wyeksploatowana, zużyta, uszkodzona.
60.	Radiomagnetofon z CD First	P-2007/21	15,00	Zużyty, brak kabla zasilającego, uszkodzone pokrywa do CD.
61.	Wózek pocztowy 2-koszyki (na korespondencję)	P-2004/15	100,00	Zużyty, uszkodzone ręczki ,przerdzewiały.
62.	Aparat telefoniczny Panasonic KX-TS 2300	P-2005/62	20,00	Zużyty, przestarzały.
63.	Aparat telefoniczny Panasonic KX-TS 2300	P-2006/50	20,00	Zużyty, przestarzały.
64.	Aparat telefoniczny Panasonic KX-TS 2300	P-2004/80	20,00	Zużyty, przestarzały.
65.	Aparat telefoniczny Panasonic KX-TS 2300	P-2004/90	20,00	Zużyty, przestarzały.

66.	Aparat telefoniczny Panasonic KX-TS 2300	P-2004/93	20,00	Zużyty, przestarzały.
67.	Aparat telefoniczny Panasonic KX-TS 2300	P-2004/112	20,00	Zużyty, przestarzały.
68.	Aparat telefoniczny Panasonic KX-TS 2300	P-2004/120	20,00	Zużyty, przestarzały.
69.	Aparat telefoniczny Panasonic KX-TS 2300	P-2004/123	20,00	Zużyty, przestarzały.
70.	Aparat telefoniczny Panasonic KX-TS 2300	P-2004/124	20,00	Zużyty, przestarzały.
71.	Aparat telefoniczny Panasonic KX-TS 2300	P-2004/126	20,00	Zużyty, przestarzały.
72.	Aparat telefoniczny Panasonic KX-TS 2300	P-2004/135	20,00	Zużyty, przestarzały.
73.	Aparat telefoniczny Panasonic KX-TS 2300	P-2004//140	20,00	Zużyty, przestarzały.
74.	Aparat telefoniczny Panasonic KX-TS 2300	P-2004/146	20,00	Zużyty, przestarzały.
75.	Aparat telefoniczny Panasonic KX-TS 2300	P-2004/147	20,00	Zużyty, przestarzały.
76.	Aparat telefoniczny Panasonic KX-TS 2300	P-2004/148	20,00	Zużyty, przestarzały.
77.	Aparat telefoniczny Panasonic KX-TS 2300	P-2004/153	20,00	Zużyty, przestarzały.
78.	Polska telewizja na kartę	P-2009/107	10,00	Brak możliwości podłączenia, wygasła umowa.
79.	Expres przelewowy Rowe CT278	P-2003/712	10,00	Zużyty, uszkodzony, nie działa.
80.	Czajnik Zelmer 332.2 pojemność 1,7l	N-2014/130	5,00	Zużyty, przecieka.
81.	Czajnik Zelmer 332.2 pojemność 1,7l	N-2014/142	5,00	Zużyty, przecieka.
82.	Czajnik Zelmer 332.2 pojemność 1,7l	N-2014/156	5,00	Zużyty, przecieka.
83.	Czajnik Zelmer 332,2 poj 1,7l.	N-2014/139	5,00	Zużyty, uszkodzony przecieka.
84.	Stoper Magma 10 nr fab.567 rok prod.2006	N-2014/35	5,00	Zużyty, uszkodzony wyświetlacz.
85.	Aparat telefoniczny Siemens Gigaset C530(1-słuchawka) sn:5800	N-2014/214	10,00	Zużyty, uszkodzony przyciski słuchawki.
86.	Aparat telefoniczny Siemens Gigaset C530(1-słuchawka) sn:5827	N-2014/221	10,00	Zużyty, uszkodzona słuchawka oraz kabel zasilający.
87.	Aparat telefoniczny Siemens Gigaset A220 DUO(2-słuchawki) sn:9003	N-2014/234	15,00	Zużyty, uszkodzona słuchawka oraz baza.
88.	Aparat telefoniczny Siemens Gigaset A220 DUO(2-słuchawki) sn:9235	N-2014/254	15,00	Zużyty, uszkodzona słuchawka oraz kabel zasilający.
89.	Aparat telefoniczny Siemens Gigaset A220 DUO(2-słuchawki) sn:9238	N-2014/256	15,00	Zużyty, uszkodzona słuchawka.
90.	Myszka A4 tech USB	N-2015/32	5,00	Zużyta, uszkodzony kabel.

91.	Kalkulator Citizen SDC 554s/510599 sn:140801	N-2015/217	5,00	Zużyty, uszkodzony wyświetlacz.
92.	Pendrive KINGSTON FLASH DT 100G3 8GB	N-2016/265	5,00	Zużyty, uszkodzony.
93.	Mysz przewodowa USB Logitech B100 Black	N-2016/283	5,00	Zużyta, uszkodzony kabel.
94.	Dozownik Dispensette 0,5-5 ml sn:16D60190	N-2016/325	10,00	Zużyty, uszkodzony mechanizm.
95.	Aparat telefoniczny Gigaset CX610 ISDN 1-słuchawkowe sn:1702	N-2016/351	10,00	Zużyty, przestarzały wycofany z eksploatacji.
96.	Aparat telefoniczny Gigaset C620 1-słuchawkowe sn:9895	N-2016/352	10,00	Zużyty, przestarzały wycofany z eksploatacji.
97.	PENDRIVE 3.0 32GB	N-2016/534	5,00	Zużyty, uszkodzony.
98.	PENDRIVE 3.0 32GB	N-2016/538	5,00	Zużyty, uszkodzony.
99.	PENDRIVE 3.0 32GB	N-2016/544	5,00	Zużyty, uszkodzony.
100.	Spektrometr ICP-MS - części (pompa rotacyjna, autosampler, cooler, power pack-spray chamber cooling)	N-2017/602	150,00	Części zużyte, uszkodzone.
101.	Minutnik cyfrowy TFA 38.2021.02	N-2018/145	5,00	Zużyty, uszkodzony wyświetlacz.
102.	Minutnik cyfrowy TFA 38.2021.02	N-2018/146	5,00	Zużyty, uszkodzony wyświetlacz.
103.	Pendrive HAMA 128GB	N-2020/547	5,00	Zużyty, uszkodzony.
104.	Niszczonek 53C Fellowers	N-2016/551	30,00	Zużyta, uszkodzone noże tnące, separatory, tuleja oraz sterowanie.
105.	Aparat telefoniczny Siemens Gigaset A220 DUO(2-słuchawki) sn:9010	N-2014/238	15,00	Zużyty, uszkodzona słuchawka.
106.	Aparat telefoniczny Siemens Gigaset A220 DUO(2-słuchawki) sn:8967	N-2014/229	15,00	Zużyty, uszkodzona słuchawka.
107.	Aparat telefoniczny Siemens Gigaset A415H DUO(2-słuchawki)	N-2014/128	15,00	Zużyty, uszkodzona słuchawka.
108.	Aparat telefoniczny Siemens Gigaset A220 DUO(2-słuchawki) sn:9218	N-2014/248	15,00	Zużyty, uszkodzona słuchawka.
109.	Aparat telefoniczny Siemens Gigaset A220 DUO(2-słuchawki) sn:9218	N-2014/223	15,00	Zużyty, uszkodzona słuchawka.
110.	Czajnik Zelmer	N-2014/131	5,00	Zużyty, przecieka.

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach

dr n. med. Grzegorz Hudzik

